

补体 C4 测定试剂盒(免疫比浊法)

微板法 48 样

产 品 简 介:

以免疫比浊法为测定原理，补体 C4 抗体与补体 C4 抗原引起抗原抗体反应，形成免疫复合物。在 340nm 波长处检测其浊度的变化，其变化程度与样本中的补体 C4 含量成正比。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。